

Huoltotilaus/Dekontaminaatiodistus



| | |
|----------------------------------|--|
| Tilaaajan tiedot | |
| Yritys: | |
| Osaosto: | |
| Yhteys henkilö: | |
| Sähköposti: | |
| Puhelin: | |
| Katuosoite: | |
| Postinumero ja postitoimipaikka: | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Palautusosoite | <input type="checkbox"/> Sama kuin tilaajaan osoite |
| Yritys: | |
| Osoite: | |
| Postinumero ja postitoimipaikka: | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Laskutusosoite | <input type="checkbox"/> Sama kuin tilaajaan osoite | <input type="checkbox"/> Sama kuin palautusosoite |
| Yritys: | | |
| Osoite: | | |
| Postinumero ja postitoimipaikka: | | |
| Laskun viite/ tilaajan nimi: | | |

Toimitus- ja käsittelykulut:

22,00 euroa/lähetys, sisältäen kuljetuspalvelun ovelta ovelle molempiin suuntiin.

Tilaa kuljetuspalvelu Schenkeriltä numerosta +358 10 52003 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.

Testaus tehdään oletusarvoisesti Sartoriusin standardikärrillä ja suoralla pipetoinnilla käyttäen ISO 8655-spesifi kaatiota. Mikäli haluatte testauksen tehtävän muilla, kuin Sartoriusin kärrillä, pyydämme lähettämään niitä vähintään 5 kpl/kanava. Muiden valmistajien sähköisten pipettien mukana tulee lähettää myös laturi.

Pipettien lähetysohjeet Sartoriusin huoltoon:

1. Puhdista pipetit päältä esim. 70 % EtOH.
2. Täytä tämä Huoltotilaus/Dekontaminaatiodistus huolellisesti. Listaa kaikki lähetyksessä olevat pipetit alla olevaan taulukkoon. Lisää Muuta -kenttään tiedot lähettämistäsi kärjistä, latuista sekä erityistoiveista liittyen huoltoon ja testaukseen. Laita tämä lomake allekirjoitettuna pipettien mukaan.
3. Pakkaa pipetit, kärjet ja tarvikkeet laatikkoon pehmusteiden kera, jotta pipetit eivät kolhiinno kuljetuksen aikana.
4. Toimita pipetit Sartoriusin huoltoon:
 - Tilaa kuljetus numerosta +358 10 52003 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.
 - Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa huollettavat pipetit voi viedä City-Lab:iin, josta ne toimitetaan Sartoriusin huoltoon.

Pipettihuolto

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Laippatie 1

00880 Helsinki

Puhelin: +358 50 4141 628

Sähköposti: service.nordic@sartorius.com

Internetsivut: www.pipettihoitori.fi

Huoltotilaus/Dekontaminaatitodistus



Kirjaa huoltoon tulevat pipetit ja ruksaa oikeat vaihtoehdot:

| Sarjanumero | Pipetin merkki ja malli | Suorituskykytestaus ennen huoltoa | Ylläpitohuolto 10.1 | Ylläpitohuolto 10.2 | Ylläpitohuolto 10.3 | FINAS - akkreditointitodistus | Muuta |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ylläpitohuolto sisältää suorituskykytestausraportin.

Erillinen FINAS -akkreditointitodistus (per ISO 17025) veloitetaan hinnaston mukaisesti.

ISO8655:n mukainen referenssimenetelmä:

Säädettävät pipetit 10.3: 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (10%, 50 % ja 100 % pipetin maksimitilavuudesta)

Kiinteätilavuuksiset pipetit: 10.1: 10 mittausta yhdessä tilavuudessa (100 % maksimitilavuudesta)

Vakuutan huoltoon lähettämiäni pipettien olevan mikrobiologisesti ja kemiallisesti dekontaminoituja ja vapaita radioaktiivisesta säteilystä ja siten turvallisia henkilökunnan käsittellä.

Allekirjoitus: _____

Päivämäärä: _____ Paikka: _____